



ID Samira: 144933
 Denominazione: Museo della Bilancia
 Provincia: MO
 Comune: Campogalliano
 Definizione: bilancia per pesare il filo
 Tipologia: a torsione
 Parti e/o accessori: pinzetta, gancio e peso campione

CD		CODICI	
TSK	Tipo scheda	PST	
NCT		CODICE UNIVOCO	
NCTN	Numero catalogo generale	00000437	
OG		OGGETTO	
OGT		OGGETTO	
OGTD	Definizione	bilancia per pesare il filo	
OGTT	Tipologia	a torsione	
OGTA	Parti e/o accessori	pinzetta, gancio e peso campione	
CT		CATEGORIA	
CTP	Categoria principale	meccanica	
CTA	Altra categoria	bilance	
LC		LOCALIZZAZIONE	
PVC		LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA ATTUALE	
PVCR	Regione	Emilia-Romagna	
PVCP	Provincia	MO	
PVCC	Comune	Campogalliano	
LDC		COLLOCAZIONE SPECIFICA	

LDCN Denominazione Museo della Bilancia

LDCU Denominazione spazio
viabilistico Via Garibaldi, 34/a

UB UBICAZIONE E DATI PATRIMONIALI

INV INVENTARIO

INVN Numero 437

LA ALTRE LOCALIZZAZIONI GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVE

TCL Tipo di localizzazione luogo di deposito

PRC COLLOCAZIONE SPECIFICA

PRCD Denominazione Museo della Bilancia

DT CRONOLOGIA

DTZ CRONOLOGIA GENERICA

DTZG Fascia cronologica di
riferimento sec. XX

DTZS Frazione cronologica metà

DTS CRONOLOGIA SPECIFICA

DTSI Da 1940

DTSF A 1960

DTM Motivazione cronologica analisi morfologica//determinazione del costruttore

AU DEFINIZIONE CULTURALE

AUT AUTORE/RESPONSABILITA'

AUTR Ruolo costruttore

AUTB Ente collettivo/Nome
scelto Sauter August

AUTA Dati anagrafici 1856/ notizie 1976

MT DATI TECNICI

MIS MISURE

MISA Altezza 35.5

MISL Larghezza 28

DA	DATI ANALITICI	
DES	DESCRIZIONE	
DESO	Oggetto	<p>Bilancia a torsione per pesare piccoli campioni di filo, ispezionabile togliendo lo sportello sul retro, costituita da un ingranaggio a molla a spirale ad un'estremità della quale è connesso un giogo a bracci uguali in alluminio e all'altra un tamburo rotante sul quale è riportata la scala graduata. Ad un'estremità del giogo è posto un piccolo gancio ad uncino, pure in alluminio, al quale va sospeso il filo mentre all'altra estremità è posta una vite sulla quale scorre un piccolo contrappeso per la messa a zero dello strumento. Entrambe le estremità del giogo possono essere riparate dalle correnti d'aria, per rendere più precisa la pesata, mediante la chiusura di due vani in ferro martellato e plastica. Al giogo è connesso un indice in alluminio rivolto verso l'alto e visibile attraverso una finestra posta sul fronte dello strumento. Tamburo rotante in alluminio, mobile mediante manopola, con scala graduata da 0 a 1000 mg con divisione di 2 mg, visibile attraverso una piccola finestra protetta da lastra di plastica. Sotto la finestra è posta una manopola in alluminio che permette di mettere a riposo il giogo mediante un sistema a camma. Lo strumento è collocato su una colonna in alluminio, con treppiede dotato di due viti calanti in alluminio con base in bachelite per la messa a livello, verificabile mediante piccola livella a bolla d'aria posta sulla sommità dello strumento. In basso è presente un tiretto in ferro con pomello contenente gli alloggi nei quali vanno contenuti gli accessori. Pinzetta in alluminio e piccola scatola circolare in alluminio con coperchio, incollata alla base del tiretto, all'interno della quale è posto un gancio ad uncino ed un peso campione da 1000 mg per la taratura dello strumento.</p>
UTF	Funzione	usata per pesare piccole quantità di filo
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sul quadrante della scala graduata
ISRI	Trascrizione	Portata 1000 mg Divisione 2 mg
ISR	ISCRIZIONI	
ISRP	Posizione	sulle placche laterali che chiudono la testa dello strumento e all'interno del tiretto
ISRI	Trascrizione	5
STM	STEMMI, EMBLEMI, MARCHI	

STMI	Identificazione	Sauter August
STMP	Posizione	sulla manopola che muove il tamburo
STMD	Descrizione	lettere ASE sopra a bilancia a due piatti stilizzata

STM STEMMI, EMBLEMI, MARCHI

STMI	Identificazione	Sauter August
STMP	Posizione	sul fronte dello strumento
STMD	Descrizione	lettere ASE sopra a bilancia a due piatti stilizzata e scritta SAUTER su fondo rosso

NSC	Notizie storico-critiche	La ditta August Sauter è attiva a Ebingen (Wurtttemberg) sicuramente a partire dal 1948, data del deposito di un brevetto, ed ancora nel 1962. Specializzata in bilance da laboratorio o per particolari usi (v. n. inv. 175 per pesature in continuo di sostanze granulari)
-----	--------------------------	--

CO CONSERVAZIONE

STC STATO DI CONSERVAZIONE

STCC	Stato di conservazione	buono
------	------------------------	-------

DO FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX	Genere	documentazione allegata
FTAT	Note	veduta frontale

FTAZ	Nome File	
------	-----------	--



BIB BIBLIOGRAFIA

BIBX	Genere	bibliografia di confronto
BIBA	Autore	Tramus J.
BIBD	Anno di edizione	1975
BIBH	Sigla per citazione	00045412
BIBN	V., pp., nn.	pp. 156-157
BIBI	V., tavv., figg.	fig. 118

CM COMPILAZIONE

CMP COMPILAZIONE

CMPD Data 2004

CMPN Nome Apparuti L.